

FC26REA001 | Lotto 1 - Procedura aperta sopra soglia comunitaria indetta su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di sistemi analitici di alta automazione per il service di materiali diagnostici ed il noleggio dei relativi sistemi per l'esecuzione di test di Ematologia e VES dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, comprensivo del materiale di consumo dedicato, per un periodo di 60 mesi.

RISCONTRO AI CHIARIMENTI PERVENUTI

- Con riferimento al documento "2. FC26REA001_Disciplinare di gara", pag. 38 e 39, sezione "Elementi e sub elementi di valutazione e pesatura e criteri motivazionali", relativamente al punto: "A vantaggio di una migliore accuratezza dei conteggi cellulari, determinazione dei parametri WBC, RBC, NRBC, RET e PLT mediante tre conteggi simultanei ed indipendenti", si chiede di confermare che il testo corretto sia il seguente: "A vantaggio di una migliore accuratezza dei conteggi cellulari, determinazione dei parametri WBC, RBC, e PLT mediante tre conteggi simultanei ed indipendenti". Si chiede pertanto conferma che l'indicazione di NRBC e RET costituisca un mero refuso e non introduca ulteriori requisiti aggiuntivi rispetto a quanto sopra descritto, trattandosi di caratteristica non disponibile in nessun analizzatore ematologico presente nel mercato.

Si conferma che l'indicazione di NRBC e RET costituisca un mero refuso e non introduca ulteriori requisiti aggiuntivi.