

FC26REA001 | Lotto 1 - Procedura aperta sopra soglia comunitaria indetta su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di sistemi analitici di alta automazione per il service di materiali diagnostici ed il noleggio dei relativi sistemi per l'esecuzione di test di Ematologia e VES dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, comprensivo del materiale di consumo dedicato, per un periodo di 60 mesi.

RISCONTRO AI CHIARIMENTI PERVENUTI

- Con riferimento a quanto previsto a pagina 35 del Disciplinare di gara, punto 3 "Documentazione obbligatoria – Kit redazione documentale ASU FC (Allegato 11b)", nonché a quanto indicato nell'Allegato 11a – Specifiche IT ASUFC, si chiede il seguente chiarimento. L'Allegato 11b richiede la compilazione di una documentazione tecnica dettagliata che, per alcuni contenuti informativi (ad esempio aspetti architetture, infrastrutturali, di integrazione e sicurezza), risulta strettamente subordinata alla scelta dello scenario architetture (SaaS, Scenario 1 o Scenario 2) che, come indicato nell'Allegato 11a, è oggetto di proposta tecnica da parte dell'Operatore Economico e potrà essere oggetto di successiva valutazione e/o rimodulazione da parte di ASUFC. Considerato che, in fase di offerta, non tutte le informazioni richieste dall'Allegato 11b risultano pienamente determinabili in assenza di una scelta architetture definitivamente condivisa con la Stazione Appaltante, si chiede cortesemente di confermare che, per le sezioni o i campi informativi non compilabili in modo puntuale in questa fase, sia ammessa una compilazione descrittiva e preliminare, con esplicita indicazione che i relativi dettagli saranno completati e formalizzati successivamente all'aggiudicazione, in accordo con ASUFC e nel rispetto delle Specifiche IT di cui all'Allegato 11° e che tale modalità di compilazione non costituisca motivo di esclusione, né sia valutata come incompletezza dell'offerta tecnica, fermo restando l'impegno dell'Operatore Economico a integrare e finalizzare la documentazione richiesta prima dell'avvio della fase realizzativa.

E' ammessa una compilazione descrittiva e preliminare, con esplicita indicazione che i relativi dettagli saranno completati e formalizzati successivamente all'aggiudicazione, in accordo con ASUFC e nel rispetto delle Specifiche IT, fermo restando l'impegno dell'Operatore Economico a integrare e finalizzare la documentazione richiesta prima dell'avvio della fase realizzativa sulla base dello scenario architetture scelto.

- In merito al Capitolato Tecnico, paragrafo "5. Analizzatore morfologia digitale" pag. 10, si chiede di confermare che la richiesta "videocamera digitale" sia da intendersi come "fotocamera digitale" poiché, per quanto a conoscenza della scrivente, nessun analizzatore di morfologia digitale in commercio è dotato di apparecchiatura per la registrazione di video.

Si conferma che la richiesta "videocamera digitale" sia da intendersi come "fotocamera digitale".