

FC26REA001 | Lotto 1 - Procedura aperta sopra soglia comunitaria indetta su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di sistemi analitici di alta automazione per il service di materiali diagnostici ed il noleggio dei relativi sistemi per l'esecuzione di test di Ematologia e VES dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, comprensivo del materiale di consumo dedicato, per un periodo di 60 mesi.

RISCONTRO AI CHIARIMENTI PERVENUTI

- In relazione al riscontro ai chiarimenti pervenuti, nel quale è riportato quanto segue:
"Si conferma, in virtù del principio di equivalenza, l'ammissibilità dell'offerta di analizzatori ematologici in grado di eseguire sia la determinazione dell'emocromo che della VES nel rispetto dei parametri indicati, compresa la questione del TAT in caso di rottura", si chiede di confermare che, per "parametri indicati", debbano intendersi integralmente e senza deroghe tutti i requisiti tecnici e prestazionali previsti dal Capitolato Tecnico per l'esecuzione dell'esame VES, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la cadenza analitica minima di almeno 185 test/ora per lo strumento principale dedicato all'esecuzione dell'esame VES, come previsto a pag. 12 del Capitolato Tecnico;
 - la cadenza analitica minima di almeno 120 test/ora per lo strumento secondario di back up per l'esecuzione dell'esame VES, come previsto a pag. 13 del Capitolato Tecnico;
 - nonché tutti gli ulteriori requisiti relativi a continuità operativa, gestione delle emergenze, rispetto dei TAT, inclusa l'operatività in caso di fermo o guasto dello strumento principale.

Si conferma.

- In merito alla richiesta di QCI per gli analizzatori ematologici a pag.9 del Capitolato Tecnico "eseguire il QCI su tre livelli", si chiede di confermare che la fornitura di controlli di qualità interni per il monitoraggio dei liquidi biologici su almeno due livelli sia conforme alle richieste capitolari.

Si conferma che la fornitura di QCI per il monitoraggio dei liquidi biologici su almeno due livelli sia conforme alle richieste capitolari.

- In merito al Capitolato tecnico pag. 5 "sottoscrizione per l'intero periodo contrattuale e per tutti i laboratori, al programma di VEQ Ematologia e Liquidi Biologici NEQAS", si evidenzia che il provider NEQAS non prevede il programma per i Liquidi Biologici e

pertanto si chiede di confermare che sia possibile offrire la VEQ per Liquidi Biologici di un provider alternativo.

Si conferma.

- In merito al Capitolato Tecnico pag.8, paragrafo 3.Analizzatori ematologici, alla voce "consentire il conteggio dei reticolociti in valore percentuale ed assoluto, con valutazione dell'indice di maturità", si chiede di confermare che i reticolociti siano da offrire solo per il Laboratorio Udine, come indicato in Tabella analiti a pag.13.

Si conferma.

- In merito al Capitolato Tecnico pag.8, paragrafo 3.Analizzatori ematologici, alla voce "dare la possibilità di esecuzione dell'analisi di liquidi biologici (liquor, ascitico, pleurico e sinoviale)...", si chiede di confermare che i liquidi biologici non siano da offrire nei Laboratori di Palmanova, Tolmezzo, Latisana, Gemona, San Daniele e Trasmontana UD, come indicato in Tabella analiti a pag.13.

Si conferma.