

FC26REA001 | Lotto 1 - Procedura aperta sopra soglia comunitaria indetta su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di sistemi analitici di alta automazione per il service di materiali diagnostici ed il noleggio dei relativi sistemi per l'esecuzione di test di Ematologia e VES dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, comprensivo del materiale di consumo dedicato, per un periodo di 60 mesi.

RISCONTRO AI CHIARIMENTI PERVENUTI

- Con riferimento alla caratteristica tecnica indicata a pag. 13 del Capitolato Tecnico, ove si riporta "...o possibilità di collegamento alla catena dell'ematologia...", richiediamo di confermare che tale requisito possa intendersi soddisfatto anche mediante ****connessione logica/software**** al sistema gestionale dell'isola ematologica (es. middleware/LIS). Tale interpretazione consentirebbe l'integrazione funzionale dello strumento all'interno del flusso operativo del laboratorio, garantendo la tracciabilità e la gestione informatizzata dei campioni, in linea con le finalità del requisito.

Con riferimento alla caratteristica tecnica succitata, si fa riferimento alla connessione fisica.

- La presente Società chiede gentilmente un posticipo di 15 giorni del termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Non si accoglie la richiesta.

- Con riferimento al documento "2. FC26REA001_Disciplinare di gara", pag. 39, sezione "Elementi e sub elementi di valutazione e pesatura e criteri motivazionali", relativamente al punto:

"Analizzatori ematologici: Per l'individuazione precoce di pazienti che presentano sepsi o un rischio aumentato di sepsi, determinazione di parametro refertabile, dotato di marcatura CE/IVD, con possibilità di monitoraggio del parametro all'interno del controllo di qualità. di qualità",

si chiede di confermare che il testo corretto sia il seguente:

"Analizzatori ematologici: Per l'individuazione precoce di pazienti che presentano sepsi o un rischio aumentato di sepsi, determinazione di parametro refertabile, dotato di marcatura CE/IVD, con possibilità di monitoraggio del parametro all'interno del controllo di qualità".

Si chiede pertanto conferma che la dicitura finale "di qualità" costituisca un mero refuso e non introduca ulteriori requisiti aggiuntivi rispetto a quanto sopra descritto.

Si conferma trattasi di doppione e che la seconda dicitura "di qualità" costituisce un mero refuso e non introduce ulteriori requisiti aggiuntivi rispetto a quanto sopra descritto.

- Con riferimento a quanto indicato:
 - a pag. 22 del documento "2. FC26REA001_Disciplinare di gara", ove è previsto che "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana",
 - e a pag. 21 del medesimo documento, ove è specificato che "Con riferimento alla 'Busta Amministrativa' e tecnica, la Piattaforma eAppaltiFVG accetta documenti prodotti in formato .pdf, in formato testo leggibile, ricercabile ed estraibile (non sono ammessi file .pdf generati da scansione)",si rileva che le due prescrizioni risultano di fatto difficilmente conciliabili, in quanto la traduzione giurata/asseverata di un documento è, per sua natura, costituita da un originale sottoscritto e timbrato dall'Autorità competente, la cui produzione avviene normalmente esclusivamente in formato cartaceo, rendendo necessaria la scansione del documento per il successivo caricamento in piattaforma.
Si chiede pertanto di chiarire e confermare che, limitatamente alla documentazione corredata da traduzione giurata, sia ammesso il caricamento in piattaforma di file .pdf ottenuti da scansione, in deroga alla prescrizione di cui a pag. 21, al fine di consentire il rispetto dell'obbligo di traduzione asseverata previsto a pag. 22 del Disciplinare.

Si conferma che, limitatamente alla documentazione corredata da traduzione giurata, sia ammesso il caricamento in piattaforma di file .pdf ottenuti da scansione, in deroga alla prescrizione di cui a pag. 21, al fine di consentire il rispetto dell'obbligo di traduzione asseverata previsto a pag. 22 del Disciplinare.

- Con riferimento al modello di offerta 12.E.1_Allegato_Offerta_Economica – Lotto 1 si chiede cortesemente di voler confermare quanto segue:
 1. Che nella tabella riepilogativa dell'offerta – sezione D) – debbano essere riportati gli oneri per la sicurezza relativi ai rischi interferenziali non soggetti a ribasso, così come determinati dalla Stazione Appaltante e indicati come pari a € 0,00 (zero/00) a pag. 9 del Disciplinare di gara;
 2. Considerata la richiesta di "second opinion", che sia consentito duplicare la riga "CBC DIFF/anno" presente nella sezione "A) Importo annuo reagenti, materiali di consumo, altro", al fine di poter indicare separatamente gli importi relativi a tale tecnologia;
 3. Che il campo "Costo unitario (IVA ESCLUSA)" debba intendersi riferito al costo della singola confezione; nonché di specificare se il campo "Numero pezzi confezione" (colonna H) debba essere interpretato come:
 - il numero di confezioni necessarie a coprire il fabbisogno previsto per il singolo esame, oppure come
 - il confezionamento del prodotto, e quindi il numero di flaconi contenuti in una singola confezione.Qualora fosse corretta la seconda interpretazione, si chiede cortesemente di poter integrare il modello con un'ulteriore colonna nella quale indicare il numero di confezioni necessarie per soddisfare il fabbisogno richiesto.

1. Si conferma che nella tabella riepilogativa dell'offerta – sezione D) – debbano essere riportati gli oneri per la sicurezza relativi ai rischi interferenziali non soggetti a ribasso,

così come determinati dalla Stazione Appaltante e indicati come pari a € 0,00 (zero/00) a pag. 9 del Disciplinare di gara;

2. Si conferma che la tabella è editabile, pertanto qualsiasi modifica è consentita;

3. Si conferma che il campo "Costo unitario (IVA ESCLUSA)" debba intendersi riferito al costo della singola confezione e si specifica che il campo "Numero pezzi confezione" debba intendersi come numero flaconi contenuti in una singola confezione.

Ad ogni modo, si specifica nuovamente che la tabella è editabile, pertanto qualsiasi modifica è consentita, nel rispetto delle informazioni richieste.

- In relazione alla prescrizione contenuta a pag. 36 del Disciplinare di gara, secondo cui l'importo annuo offerto (IVA esclusa) deve essere inserito a video al netto degli oneri per la sicurezza, si chiede cortesemente di specificare se tale riferimento riguardi gli oneri per la sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico.

Si specifica che tale riferimento riguarda gli oneri per la sicurezza definiti dalla Stazione Appaltante quantificati in € 0,00.