

**FC26REA001 | Lotto 1 - Procedura aperta sopra soglia comunitaria indetta su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di sistemi analitici di alta automazione per il service di materiali diagnostici ed il noleggio dei relativi sistemi per l'esecuzione di test di Ematologia e VES dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, comprensivo del materiale di consumo dedicato, per un periodo di 60 mesi.**

**RISCONTRO AI CHIARIMENTI PERVENUTI**

- Con riferimento al paragrafo 3, Middleware di gestione, nel quale viene richiesto di fornire un middleware unico in grado di comunicare con gli applicativi del laboratorio, si chiede di confermare che tale middleware debba interfacciarsi esclusivamente con la strumentazione fornita nell'ambito del presente lotto.

Si conferma che tale middleware dovrà interfacciarsi con la strumentazione fornita nell'ambito del presente lotto.

- Con riferimento a quanto indicato a pag. 9 del documento "3. FC26REA001\_Capitolato tecnico", paragrafo 4: "Strisciatore/coloratore automatico", dove al settimo bullet point è prevista "la fornitura di uno strumento di back up da banco di ridotte dimensioni per la colorazione in caso di malfunzionamento dello strumento principale", si chiede di confermare che:

lo strumento di back up possa assolvere anche all'attività di citocentrifuga di vetrini, idonea alla preparazione e colorazione (May Grünwald Giemsa o impostazioni personalizzate) di strisci di sangue e di altri fluidi biologici in modalità automatizzata, così come previsto al paragrafo 7 "Citocentrifuga" di pag. 10 del medesimo Capitolato Tecnico. Si chiede pertanto di confermare che le funzionalità descritte ai paragrafi 4 e 7 possano essere assolte da un unico strumento di back up, senza necessità di fornire un sistema separato e dedicato esclusivamente alla citocentrifugazione dei vetrini.

Si conferma la possibilità di fornire un unico strumento di back up che assolva le funzionalità descritte ai paragrafi 4 e 7 del Capitolato tecnico.

- Con riferimento a quanto indicato a pag. 39 del documento "FC26REA001 - Capitolato Tecnico", relativamente al requisito:

"con l'intento di minimizzare l'utilizzo della modalità a provetta aperta fronte macchina per la strumentazione principale, fornitura di strumentazione analitica con il minor volume minimo di campione per la modalità automatica con rack/cassetta.

Per volume minimo si intende il volume minimo di campione necessario in aggiunta al volume di aspirazione.

Documentare il numero di analiti totali, dandone evidenza di calcolo."

Si chiede di confermare che la frase "Documentare il numero di analiti totali, dandone evidenza di calcolo" costituisca un mero refuso e che la formulazione corretta del requisito debba intendersi come segue: "Documentare il volume totale, dandone evidenza di calcolo".

Trattasi di refuso, la formulazione corretta è la seguente: "Documentare il volume totale, dandone evidenza di calcolo".