

## CARRELLI TERAPIA

### POSIZIONE A2 – Carrello Terapia medio

<b>Quantità prevista</b>	15
<b>Misure indicative</b>	Piano di lavoro circa 80 cm
<b>Caratteristiche carrello</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 4 cassetti;</li><li>- Ruote gommate anti traccia;</li><li>- Piano estraibile porta documenti.</li></ul>
<b>Accessori compresi</b>	Porta flebo
	Porta taglienti
	Porta rifiuti
	Alzatina comprensiva di due file da almeno 4 cassetti ribaltabili cadauna
	Ripartitori interni (eventualmente amovibili) per cassetti

È richiesta una quotazione a parte dei principali accessori non inclusi nella configurazione tipo di cui sopra (Posizione A2).

### POSIZIONE A3 – Carrello Terapia grande

<b>Quantità prevista</b>	9
<b>Misure indicative</b>	Piano di lavoro di circa 110 cm
<b>Note</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Due file da 4 cassetti ciascuna;</li><li>- Ruote gommate anti traccia;</li><li>- Piano estraibile porta documenti</li></ul>
<b>Accessori compresi</b>	Porta flebo
	Porta taglienti
	Porta rifiuti
	Alzatina comprensiva di due file da almeno 4 cassetti ribaltabili cadauna
	Ripartitori interni (eventualmente amovibili) per cassetti

È richiesta una quotazione a parte dei principali accessori non inclusi nella configurazione tipo di cui sopra (Posizione A3).

**N.B:** Si chiede di allegare alla scheda tecnica di ogni carrello proposto la relativa griglia di compatibilità, disponibile tra i documenti di gara con il nome di *“Griglia di compatibilità per carrello in posizione \*\*”*

**CARRELLI MEDICAZIONE/PRELIEVO****POSIZIONE B2 – Carrello Medicazione/Prelievo medio**

<b>Quantità prevista</b>	10 pezzi
<b>Misure indicative</b>	Piano di lavoro di circa 80 cm
<b>Note</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 cassette di altezze diverse (adatti allo stoccaggio di sacche o materiali ingombranti);</li><li>- Ruote gommate anti traccia;</li><li>- Piano estraibile porta documenti.</li></ul>
<b>Accessori compresi</b>	Porta taglienti
	Porta rifiuti
	Alzatina comprensiva di due file di almeno 4 cassette ribaltabili ciascuna
	Ripartitori interni (eventualmente amovibili) per cassette

È richiesta una quotazione a parte dei principali accessori non inclusi nella configurazione tipo di cui sopra (Posizione B2).

**POSIZIONE B3 – Carrello Medicazione/Prelievo grande**

<b>Quantità prevista:</b>	5 pezzi
<b>Misure indicative</b>	Piano di lavoro di circa 110 cm
<b>Note</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 cassette di altezze diverse (adatti allo stoccaggio di sacche o materiali ingombranti);</li><li>- Ruote gommate anti traccia;</li><li>- Piano estraibile porta documenti.</li></ul>
<b>Accessori compresi*</b>	Porta taglienti
	Porta rifiuti
	Alzatina comprensiva di due file di almeno 4 cassette ribaltabili ciascuna
	Ripartitori interni (eventualmente amovibili) per cassette

È richiesta una quotazione a parte dei principali accessori non inclusi nella configurazione tipo di cui sopra (Posizione B3).

**N.B:** Si chiede di allegare alla scheda tecnica di ogni carrello proposto la relativa griglia di compatibilità, disponibile tra i documenti di gara con il nome di *“Griglia di compatibilità per carrello in posizione \*\*”*

## CARRELLI GIRO VISITE

### POSIZIONE E1 – Carrello Giro Visite ad ante battenti

<b>Quantità prevista</b>	2
<b>Misure indicative</b>	Piano di lavoro di circa 60/80 cm
<b>Requisiti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ruote gommate anti traccia;</li><li>- Pareti interne con guide per la regolazione in altezza dei ripiani;</li><li>- N.1 ripiano incluso;</li><li>- Piano frontale estraibile con sufficiente spazio per un PC portatile.</li></ul>

È richiesta una quotazione a parte dei principali accessori non inclusi nella configurazione tipo di cui sopra (Posizione E1).

### POSIZIONE E2 – Carrello Giro Visite con cassettoni

<b>Quantità prevista</b>	1
<b>Misure indicative</b>	Piano di lavoro di circa 80 cm
<b>Requisiti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ruote gommate anti traccia;</li><li>- N.2 cassettoni con guide per l'inserimento di cartelle sospese.</li></ul>

È richiesta una quotazione a parte dei principali accessori non inclusi nella configurazione tipo di cui sopra (Posizione E2).

N.B: Si chiede di allegare alla scheda tecnica di ogni carrello proposto la relativa griglia di compatibilità, disponibile tra i documenti di gara con il nome di "Griglia di compatibilità per carrello in posizione \*\*"

## CARRELLI EMERGENZA

### POSIZIONE **F1** – Carrello Emergenza ALS medio

<b>Quantità prevista</b>	3
<b>Misure indicative</b>	Piano di lavoro di circa 70 cm
<b>Caratteristiche carrello</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruote gommate anti traccia;</li> <li>- Dotato di 5 o più cassette;</li> <li>- Sistema di chiusura centralizzata a chiave;</li> <li>- Piano estraibile per estensione spazio a disposizione.</li> </ul>
<b>Accessori compresi</b>	Apposito spazio con chiusura indipendente per riporre i farmaci salvavita
	Vaschette laterali asportabili
	Supporto defibrillatore
	Asta flebo
	Supporto bombola d'ossigeno
	Porta cateteri/sondini
	Piastra per cardio massaggio
	Porta monitor
	Porta taglienti
	Porta rifiuti con apertura a ginocchio
Ripartitori interni (eventualmente amovibili) per cassette	

È richiesta una quotazione a parte dei principali accessori non inclusi nella configurazione tipo di cui sopra (Posizione F1).

### POSIZIONE **F2** – Carrello Emergenza ALS grande

<b>Quantità prevista</b>	1
<b>Misure indicative</b>	Piano di lavoro di circa 90 cm
<b>Caratteristiche carrello</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruote gommate anti traccia;</li> <li>- Dotato di 5 o più cassette;</li> <li>- Sistema di chiusura centralizzata a chiave;</li> <li>- Piano estraibile per estensione spazio a disposizione.</li> </ul>
<b>Accessori compresi</b>	Apposito spazio con chiusura indipendente per riporre i farmaci salvavita
	Vaschette laterali asportabili
	Supporto defibrillatore
	Asta flebo
	Supporto bombola d'ossigeno
	Porta cateteri/sondini
	Piastra per cardio massaggio
	Porta monitor
	Porta taglienti
	Porta rifiuti con apertura a ginocchio
Ripartitori interni (eventualmente amovibili) per cassette	

È richiesta una quotazione a parte dei principali accessori non inclusi nella configurazione tipo di cui sopra (Posizione F2).

**N.B:** Si chiede di allegare alla scheda tecnica di ogni carrello proposto la relativa griglia di compatibilità, disponibile tra i documenti di gara con il nome di *“Griglia di compatibilità per carrello in posizione \*\*”*

**POSIZIONE F3 – Carrello Emergenza Pediatrico**

<b>Quantità prevista</b>	1
<b>Misure indicative</b>	Piano di lavoro di circa 80 cm
<b>Caratteristiche carrello</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ruote gommate anti traccia;</li><li>- 8 cassetti suddivisi per colore (come da sistema Broselow);</li><li>- Sistema di chiusura centralizzata a chiave;</li><li>- Piano estraibile per estensione spazio a disposizione.</li></ul>
<b>Accessori compresi</b>	Apposito spazio con chiusura indipendente per riporre i farmaci salvavita
	Vaschette laterali asportabili
	Supporto defibrillatore
	Asta flebo
	Supporto bombola d'ossigeno
	Porta cateteri/sondini
	Piastra per cardio massaggio
	Porta monitor
	Porta taglienti
	Porta rifiuti con apertura a ginocchio
	Ripartitori interni (eventualmente amovibili) per cassetti

È richiesta una quotazione a parte dei principali accessori non inclusi nella configurazione tipo di cui sopra (Posizione F3).

N.B: Si chiede di allegare alla scheda tecnica di ogni carrello proposto la relativa griglia di compatibilità, disponibile tra i documenti di gara con il nome di *“Griglia di compatibilità per carrello in posizione \*\*”*

## CARRELLO A SERRANDE

<b>POSIZIONE G4 – Carrello a due serrande</b>	
<b>Quantità prevista</b>	3
<b>Misure indicative</b>	Altezza compresa tra 130 e 150 cm
<b>Caratteristiche del carrello</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ruote gommata anti traccia;</li><li>- Serrande con chiusura centralizzata a chiave;</li><li>- Materiale ignifugo;</li><li>- Serrande facilmente smontabili e rimontabili (per semplificarne la sanificazione);</li><li>- Fianchi interni adatti allo spostamento in altezza di eventuali accessori.</li></ul>

È richiesta una quotazione a parte dei principali accessori non inclusi nella configurazione tipo di cui sopra (Posizione G4).

N.B: Si chiede di allegare alla scheda tecnica di ogni carrello proposto la relativa griglia di compatibilità, disponibile tra i documenti di gara con il nome di *“Griglia di compatibilità per carrello in posizione \*\*”*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 29/08/2023 10:51:49

IMPRONTA: 57D62D78468BD4C8F2EC27F8C1B58D09936FDDC1F38C977762120A20DBB71088  
936FDDC1F38C977762120A20DBB71088CC475F0EA8CD7EEAFC8D2182AD3E17A8  
CC475F0EA8CD7EEAFC8D2182AD3E17A890E5DCF2D927E5C2F698C1E43AE1175B  
90E5DCF2D927E5C2F698C1E43AE1175B80733B7C56AA59C751AA63D4897B774C