

Spettabile Ditta

Trasmesso tramite portale eAppalti FVG

FC23INV010 | Gara a procedura negoziata per la fornitura di nr.49 carrelli di varia tipologia, con destinazione d'uso dichiarata "Camera Operatoria", da destinarsi a diversi blocchi operatori delle varie strutture facenti capo ad ASU FC (CIG: A0221D71CB CUP: F24E23000070002). Chiarimenti rispetto al capitolato di gara

RISCONTRO AI QUESITI

- 1) A1: Le barre UNI devono essere posizionate entrambe su un unico fianco? Le barre UNI devono essere posizionate una sul fianco DX e una sul fianco SX? Per accessorio incluso Porta taglienti, intendete che si debba fornire la confezione entro la quale si gettano i taglienti ed il relativo supporto? Per accessorio incluso Porta taglienti, intendete che si debba fornire solo il supporto di una confezione entro al quale si gettano i taglienti, se si indicano che Scatole adottate e proporremo il supporto più appropriato.**

Le barre UNI devono essere posizionate entrambe sullo stesso fianco, preferibile ma non fondamentale che siano sul fianco sx. È fondamentale la presenza di un supporto universale per tutti i tipi di contenitori taglienti, con un contenitore incluso.

- 2) Dato che su un fianco del carrello viene posizionato il portarifiuti, le barre UNI saranno entrambe posizionate sull'altro fianco: lo accettate?**

Si conferma la possibilità di accettare la soluzione proposta. È fondamentale che sia garantita la presenza degli accessori richiesti (porta rifiuti e porta taglienti).

- 3) 1) A1 - Carrello anestesia: cosa intendete per barre UNI regolabili in altezza?**

Il quesito s'intende chiarito con la pubblicazione del documento "Allegato 1.1: Revisione capitolato" di cui si chiede di prendere visione.

- 4) A2 e A2.1 e A2.2: Non si comprende la sostanziale differenza tra i Carrelli navetta indicati con Vs. codici A2-A2.1-A2.2. Vi invitiamo a fornire dei chiarimenti che permettano una corretta interpretazione di diversi dispositivi. In caso contrario le interpretazioni possono creare anche non conformità.**

Cosa intendete con ripiani REGOLABILI e FISSABILI?

Per ripiani REGOLABILI e FISSABILI intendete che una volta posizionato il ripiano (REGOLABILE) lo stesso debba essere avvitato o bloccato (FISSATO) in modo reversibile (con VITI o altri sistemi) o in modo irreversibile con sistemi tipo bloccaggio?

Per quanto riguarda i carrelli navetta alle posizioni A2 e A2.1 e A2.2 è stato pubblicato un Capitolato aggiornato nel quale sono stati semplificati e chiariti i punti di criticità.

I ripiani devono essere regolabili in altezza e fissabili in modo reversibile, con un sistema di bloccaggio di facile gestione ed atto a non creare problemi in fase di igienizzazione, vista la particolarità e delicatezza del luogo cui il carrello è destinato.

- 5) In riferimento alle voci chiediamo cortesemente di precisare quanti ripiani devono essere quotati perché nella descrizione del capitolato sono indicati 4 ripiani per ogni navetta.**

- A2.1 carrello navetta con 8 ripiani regolabili

- A2.2 carrello navetta con 10 ripiani regolabili

Il quesito s'intende chiarito con la pubblicazione del documento "Allegato 1.1: Revisione capitolato" di cui si chiede di prendere visione.

- 6) Nel capitolato tecnico all'articolo A3 vengono richiesti cesti iso600x400x260h, generalmente le tre altezze dei cesti ISO sono 50h, 100h e 200h. Si richiede conferma che vengano accettate anche offerte con cesti ISO 200h in sostituzione di quelli con altezza 250 indicati**

Il quesito s'intende chiarito con la pubblicazione del documento "Allegato 1.1: Revisione capitolato" di cui si chiede di prendere visione.

- 7) A3: I N° 10 Containers + targhette devono essere compresi nella offerta? Se sì che caratteristiche devono avere? Se sì i Container devono essere posizionati su specifici ripiani estraibili?**

I 10 containers richiesti di altezza 260 mm, in acciaio INOX, autoclavabili e con relative targhette s'intendono inclusi nell'offerta. Il quesito s'intende in ogni caso chiarito con la

pubblicazione del documento "Allegato 1.1: Revisione capitolato" di cui si chiede di prendere visione.

8) A3.1: I N° 20 Cesti 600x400x50H + targhetta devono essere compresi nella offerta?

Si conferma che i 20 cesti ISO 600x400x50h circa con relative targhette identificative, s'intendono inclusi nell'offerta.

9) A5 e A5.1: Per maniglie integrate cosa intendete? Maniglie avvitate? Maniglie saldate? Maniglie di pezzo con la struttura/telaio del carrello? Per ripiani stampati cosa intendete?

Nella descrizione dei due carrelli di servizio di cui ai punti A5 e A5.1, per "maniglie integrate nella struttura" s'intende maniglie di pezzo con la struttura/telaio del carrello. Per ripiani stampati s'intendono ripiani monoblocco senza interstizi, fessure, giunture.

10) A5 ed A5.1: quanti ripiani devono avere i carrelli?

Il quesito s'intende chiarito con la pubblicazione del documento "Allegato 1.1: Revisione capitolato" di cui si chiede di prendere visione.

Considerata l'integrazione del nuovo documento "Allegato 1.1: Revisione Capitolato" in sostituzione del precedente "Allegato 1: Capitolato di gara, si proroga il termine per la presentazione delle offerte al giorno 20.11.2023, nonché il termine per la richiesta di chiarimenti al giorno 16.11.2023.

Cordiali saluti

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 09/11/2023 15:28:57

IMPRONTA: 9707C0D10FA6404B5387CC3C26C932E786EA69166DE517873ADC5CFCBDD69524
86EA69166DE517873ADC5CFCBDD69524485817069A9270F381DE467B8820B4E2
485817069A9270F381DE467B8820B4E247EA5ACEDC5E381474D268A0F4E4EE7A
47EA5ACEDC5E381474D268A0F4E4EE7A72F7D68105F9B6CEF385757B3FF0F920