

**PR25APB001 | PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UN
IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA A DOPPIO STADIO PER LE NECESSITÀ DELLA SOC
NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTO DI RENE PRESSO LA SEDE DECENTRATA DI
CIVIDALE DEL FRIULI DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
CIG: B789B13C75 CUP: F24E18000140002
RISCONTRO AI QUESITI**

1. QUESITI RICEVUTI IN DATA 08/08/2025

In riferimento a quanto riportato nel Capitolato Speciale, paragrafo 3.1.8 "Sistema di dissalazione" (pag. 8), dove si richiede un sistema in grado di erogare un flusso di acqua osmotizzata alla temperatura di circa 18°C, pari ad almeno 1.800 litri/ora, con conducibilità garantita nel tempo inferiore a 5 µS/cm, si segnala quanto segue. Considerando i 16 posti letto previsti, a cui si aggiungono 4 postazioni dialitiche, il volume di acqua osmotizzata richiesto risulta significativamente sovradimensionato rispetto alle effettive necessità del reparto.

Sebbene i più moderni sistemi di dissalazione siano dotati di tecnologie in grado di recuperare l'acqua non consumata dai monitor, un prolungato ricircolo dell'acqua all'interno dell'anello di distribuzione e il ripetuto attraversamento delle membrane osmotiche possono determinare un innalzamento della temperatura. Tale condizione potrebbe generare allarmi sia da parte del sistema di biosmosi sia dei monitor di dialisi, compromettendo il corretto funzionamento dell'impianto.

Alla luce di quanto sopra, si richiede la possibilità di dimensionare il nuovo impianto sulla base dei dati rilevati in fase di sopralluogo, prevedendo un volume d'acqua compreso tra 1.000 e 1.500 litri/ora, e in funzione delle reali esigenze operative del reparto.

Con riferimento al principio di equivalenza disciplinato dal codice appalti (art.79) la specifica tecnica in cui si richiede un volume d'acqua minimo, con determinate caratteristiche di temperatura e conducibilità, può essere superata da una proposta tecnicamente alternativa purché l'efficacia del risultato finale resti la medesima. In altre parole è possibile accettare un volume d'acqua inferiore purché venga dimostrato, da parte dell'operatore economico, che la soluzione proposta sia in grado di alimentare correttamente i 16 posti letto e i 4 posti tecnici presupponendo l'utilizzo di monitor di dialisi dei diversi brand presenti sul mercato e l'erogazione di trattamenti in tutte le modalità dialitiche previste dalla SOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene presso la sede decentrata di Cividale del Friuli

In riferimento a quanto riportato nel Capitolato Speciale, paragrafo 8 "Formazione e affiancamento" (pag. 8), dove si richiede che la ditta offerente proponga un dettagliato piano formativo, si chiede di chiarire in quale elemento di valutazione tale progetto debba essere inserito.

Si chiede inoltre di confermare che il piano formativo possa essere composto da un massimo di 4 facciate, redatte secondo le stesse modalità di impaginazione previste per le altre relazioni tecniche

Il piano formativo può essere allegato nella sezione ALLEGATI GENERICI della BUSTA TECNICA. Il numero massimo di facciate e le modalità di impaginazione possono essere quelle ritenute più idonee dal concorrente.

In riferimento all'Allegato E.1 – "Allegato offerta economica", si chiede di chiarire il significato della dicitura: *"Opzioni: ASU FC si riserva la facoltà di attivare alle medesime condizioni tecniche ed economiche sopra offerte"*, che l'azienda offerente è tenuta a firmare digitalmente.

Si richiede inoltre di rendere disponibile il suddetto file in formato editabile, in quanto molti dei campi da compilare da parte delle aziende risultano bloccati e non consentono l'inserimento o la modifica del testo

Nel file Allegato E.1 – Allegato offerta economica non sono indicate opzioni in quanto non previste dalla lettera di invito, la firma digitale si riferisce all'offerta economica presentata.

Viene reso disponibile nella sezione ALLEGATI il file Allegato E.1 – ALLEGATO OFFERTA ECONOMICA con i campi da compilare, a cura dei concorrenti, sbloccati ed editabili.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 04/09/2025 09:27:12

IMPRONTA: 0F92BC598E6E54BF802231F2703855EA11A3B6280229FB32A572D897A3C87913
11A3B6280229FB32A572D897A3C87913FB2947AB28B6871782EF0F8F1BCA2A47
FB2947AB28B6871782EF0F8F1BCA2A47F6D1993800F6E78EC49891B1B4F570AF
F6D1993800F6E78EC49891B1B4F570AF8E23AF46679C62406200759C4751C80A