

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M6

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02985660303

Oggetto: Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione ed installazione chiavi in mano di n.1 acceleratore lineare per la SOC di Radioterapia dell'ASUFC_ CIG 9559499C1F_ CUP F24E22000270006

QUESITI

Quesito n. 1

Q.: A seguito di sopralluogo effettuato si trasmettono i seguenti chiarimenti:

- 1) Smaltimento Acceleratore Lineare:** con riferimento all'attività in oggetto si chiede conferma della possibilità di stoccare all'interno della Struttura Ospedaliera in un idoneo e specifico ambiente messo a disposizione le eventuali parti dell'acceleratore dismesso Clinac 2100 che risultassero ancora attivate, questo fino al loro decadimento per poi essere smaltite sempre dall'Aggiudicatario come normale materiale ferroso; le parti che durante lo smontaggio non risultassero attivate verranno smaltite immediatamente; si ricorda che rimane a cura della S.A. la disponibilità della Fisica Sanitaria per le misurazioni preventive con la compilazione del documento di "libero rilascio" per poter allontanare dal bunker le parti di apparecchiatura.
- 2) Proteximetria 2:** per poter analizzare nel dettaglio la verifica proteximetria in funzione dell'apparecchiatura offerta si chiedono cortesemente:
 - 2.1._Carichi di lavoro:** n° trattamento giornalieri che si vorranno realizzare con il nuovo Linac
 - 2.2._Indicazione percentuale dei trattamenti sulle varie energie fotoniche**
 - 2.3._Valore della dose ammessa a valle delle barriere.**
 - 2.4._Relazione proteximetrica dello stato di fatto**
 - 2.5._Conferma che tutte le barriere esistenti siano realizzate in calcestruzzo ordinario**
 - 2.6._Indicazione degli spessori della copertura (sia sul fascio primario e secondario) oppure la conferma dell'esclusione della copertura dall'analisi proteximetrica in quanto zona interdetta isolata ben distante dai prossimi edifici ospedalieri)**

- 3) Porta Bunker: si chiede di conoscere la composizione della schermatura della porta esistente e che nell'ipotesi di una sua idoneità a seguito della verifica proteximetrica del concorrente, questi a riguardo non debba prevedere nulla a riguardo in quanto considera a perfettamente funzionante.**
 - 4) Manutenzione ordinaria forniture impiantistiche nel periodo di garanzia: si chiede conferma che la sola attività di manutenzione ordinaria delle forniture impiantistiche nel periodo annuale di garanzia sia da considerarsi a VS. carico e gestito nel vostro interno con la società già operante nella Vs. struttura.**
 - 5) Manutenzione ordinaria forniture impiantistiche nel post garanzia: si chiede conferma che la proposta annuale di manutenzione post garanzia non includa alcuna delle forniture impiantistiche accessorie (Qe, porte bunker, eventuali macchine tecnologiche) in quanto attività gestite nel Vs. interno attraverso il Vs. Ufficio Tecnico.**
 - 6) Assistenza Tecnica forniture impiantistiche nel post garanzia: si chiede conferma che la proposta di assistenza tecnica post garanzia non includa alcuna delle forniture impiantistiche accessorie (Qe, porte bunker, eventuali macchine tecnologiche) in quanto attività gestite nel Vs. interno attraverso il Vs. Ufficio Tecnico.**
 - 7) Figure Professionali: si chiede di confermare che saranno a carico dell'Aggiudicatario le figure professionali del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione con esclusione della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.**
- R: 1) Si conferma di aver già individuato un locale idoneo per lo stoccaggio temporaneo delle parti eventualmente attivate.
- 2) 2.1._ Carichi di lavoro: 35 trattamenti giornalieri;
2.2._ 100% a 6 MeV;
2.3._2.4._2.5._2.6._ Si rinvia alla relazione di radioprotezione del Bunker A (all. 2 C.S. ERP new – report Bunker A-2021);
 - 3) La porta del bunker non è oggetto di fornitura;
 - 4) Si conferma;
 - 5) Si conferma;
 - 6) Si conferma;
 - 7) Si conferma.